

MORT SUBITE

FACE A UNE VICTIME QUI S'EFFONDRE, QUI NE REPOND PAS

1. La victime est inconsciente


- Elle ne répond pas quand je lui parle
- Elle ne réagit pas quand je la pince

La victime ne respire pas

- Il n'y a pas de souffle
- Le ventre ne se soulève pas

Parler

Stimuler



2. J'alerte ou je fais alerter les secours



3. Je fais chercher le défibrillateur automatique (S'il y en a un à proximité)

4. Je débute la réanimation



Compressions thoraciques
ininterrompues
100 à 120/min

Continuer les compressions de la poitrine
jusqu'à l'installation du défibrillateur ou
l'arrivée des secours

Poussées verticales de 5 à 6 cm

5. Si le défibrillateur automatique est disponible, je l'installe et j'écoute les consignes données par l'appareil



Si j'ai été formé, je peux réaliser des cycles de « 30 compressions thoraciques alternées avec 2 insufflations » jusqu'à la mise en fonction du défibrillateur automatique puis je respecte les consignes de l'appareil